

Ringversuch: **Her2 FISH/CISH/SISH Magen 2017**

im Monat: **Oktober 2017**

Teilnehmer-Nr.: **P000141**

ausgestellt: **2017**



Universitätsklinikum Aachen  
Institut für Pathologie  
Frau Univ. Prof. Dr.med. Knuechel-Clarke  
z. Hd. Frau Losen  
Pauwelstr. 30  
52074 Aachen

Ringversuchsleiter

Prof. Dr. G. Baretton  
Dr. Almuth Forberger

Bonn, den 03.11.17

## Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen, dass Sie am Ringversuch für die  
**Her2-neu F/C/SISH Analyse Magen**  
mit Erfolg teilgenommen haben.

### Her2-neu F/C/S-ISH Magen

Prof. Dr. med. M. Dietel  
für die QuIP

Dr. med. W.J. Geilenkeuser  
für das RfB



Veranstalter: Qualitätssicherungs-Initiative Pathologie QuIP GmbH, Robert-Koch-Platz 9, 10115 Berlin, Tel. 030 / 25760 727, Mail: office@quip.eu



in Kooperation mit dem  
**Referenzinstitut für Bioanalytik** - Friesdorfer Str. 153 - D-53175 Bonn  
Tel. 0228 / 926895 - 0 - Fax 0228 / 926895-29 - Web: www.dgkl-rfb.de - E-Mail: info@dgkl-rfb.de



## Her2 FISH/CISH/SISH Magen 2017 - Auswertung

- Ihre Ergebnisse sind mit farbigen Punkten gekennzeichnet -  
(grün-richtig, gelb-bedingt richtig, rot-falsch, grau-unbewertet)

### Her2-neu F/C/S-ISH Magen

[Erfolgsquote 59/64 => 92,1 %]

P 1

P 2

P 3

P 4

F/C/S-ISH Ergebnis	
nicht amplifiziert 0	
amplifiziert 1	

Bew.	Soll=0	N	Bew.	Soll=0	N	Bew.	Soll=0	N	Bew.	Soll=1	N
●		13	③		63	③		63			5
		50			0			1	③		57

Einschränkung der Beurteilbarkeit	
Gewebe abgeschwommen	
Färbung technisch fehlerhaft	
kein repräsentatives Gewebe	

Bew.	N	Bew.	N	Bew.	N	Bew.	N
	0		0		0		0
	1		1		0		2
	0		0		0		0

P 5

P 6

P 7

P 8

F/C/S-ISH Ergebnis	
nicht amplifiziert 0	
amplifiziert 1	

Bew.	Soll=1	N	Bew.	Soll=1	N	Bew.	Soll=0	N	Bew.	Soll=1	N
		2			2	③		62			6
③		62	③		61			1	③		56

Einschränkung der Beurteilbarkeit	
Gewebe abgeschwommen	
Färbung technisch fehlerhaft	
kein repräsentatives Gewebe	

Bew.	N	Bew.	N	Bew.	N	Bew.	N
	1		0		0		0
	0		1		1		1
	0		0		0		1

P 9

P 10

P 11

P 12

F/C/S-ISH Ergebnis	
nicht amplifiziert 0	
amplifiziert 1	

Bew.	Soll=1	N	Bew.	Soll=1	N	Bew.	Soll=0	N	Bew.	Soll=0	N
		5			2	③		50	③		61
③		58	③		62			11			2

Einschränkung der Beurteilbarkeit	
Gewebe abgeschwommen	
Färbung technisch fehlerhaft	
kein repräsentatives Gewebe	

Bew.	N	Bew.	N	Bew.	N	Bew.	N
	0		0		1		0
	0		0		1		1
	1		0		0		0

Übersicht Punktbewertung:

0 von 0	3 von 3						
3 von 3	3 von 3	3 von 3	3 von 3				

Her2-neu F/C/S-ISH Magen -> 33 von 33 Punkten ✓